



Výpůjčka biochemické linky, včetně dodávky spotřebního materiálu a servisního zabezpečení

Ing. Vladimír Duchoň, MBA
vladimir.duchon@fnhk.cz

Olomouc, 17. 9. 2025

www.fnhk.cz

Předmět plnění

- Výpůjčka biochemického linky včetně příslušenství, postupná dodávka spotřebního materiálu potřebného k zajištění testů definovaných v zadávacích podmínkách a zajištění kompletního servisního zabezpečení zapůjčovaného zboží po dobu trvání výpůjčky pro Ústav klinické biochemie a diagnostiky zadavatele

Definice zadávacích podmínek

Výsledky PTK

- 4 dodavatelé automatických biochemický linek
- Rozdílné spektrum prováděných analýz
- Rozdílné kapacity nabízených analyzátorů

Zadávací podmínky

- Spektrum metod odpovídající průniku dodavatelů
- Kapacita nastavena s ohledem na aktuální provoz (nikoliv možnosti linky) vč. možnosti personálního zajištění

Definice zadávacích podmínek

- Minimálně 2 a maximálně 3 nezávislé biochemické analyzátory (moduly) o výkonu fotometrie minimálně 1000 testů/hod každý. Tyto analyzátory musí být k lince připojeny na sobě nezávisle, případně mohou být spojeny do dvou skupin analyzátorů připojených nezávisle k lince. V sumě musí mít souhrnný výkon minimálně 3000 fotometrických testů/hod. Každá metoda musí být připravena a provozována nezávisle na nejméně dvou analyzátorech (modulech) nezávisle připojených k lince.
- Odůvodněno potřebami zadavatele s ohledem na počty validací, kalibrací a kontrol
 - ✓ Čím více analyzátorů, tím více úkonů pro kvalifikovaný personál

Námitky proti zadávacím podmínkám

- Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek
 - Akceptace řešení spočívající v nabídce 2 x 2 identických biochemických modulů, které lze ovládat pomocí jednoho uživatelského rozhraní
 - Odmítnuto s ohledem na potřeby zadavatele a optimalizaci provozu (a to i z hlediska počtu nezbytného personálu pro zajištění provozu, počtu prováděných testů nebo z hlediska prostorového)
 - **Zadávací podmínka omezující 1 ze 4 možných dodavatelů na trhu**
- Námitky proti zadávacím podmínkám – rozpor s:
 - ✓ § 6 ZZVZ - zásada přiměřenosti a zákazu diskriminace
 - ✓ požadavky na obsah zadávacích podmínek upravenými v § 36 odst. 1 ZZVZ - zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže

Jednání před ÚOHS

- Zadavatel námitky odmítl s ohledem na dříve uvedené odůvodnění
- Potřeby zadavatele odpovídají srovnatelným zdravotnickým zařízením (srovnatelný provoz)
- Vyžádání stanoviska nezávislého uživatele daných systémů
- Praxe ÚOHS – zjištění stavu v jiných, obdobných laboratořích
- **Osobní jednání před zástupci ÚOHS**
 - Diskuse odborníků v oblasti daných technologií
 - Nové informace ohledně fungování validací, kalibrací, kontrol
 - Právo na definování svých potřeb, nicméně musí být odůvodněné a podložené fakty
 - Zrušení zadávacího řízení ze strany ÚOHS



Děkuji za pozornost

Ing. Vladimír Duchoň, MBA
vladimir.duchon@fnhk.cz

www.fnhk.cz