


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Iveta Pospíšilíková

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
ředitelka Odboru druhostupňového rozhodování

R0153/2024



- Spotřební materiál pro plazmaferézy
- Spornou byla zadávací podmínka, kterou zadavatel požadoval „Vak pro odběr plazmy 1000 ml“.
- Není jasné, jestli se číslo vztahuje k objemu vaku, nebo k množství plazmy, které se má do vaku vejít při zohlednění rezervy. V praxi je objem vaku vyšší než právě 1000 ml.
- Úřad následně zjistil, že dodavatelé požadavek nechápou shodně.
- Nejednoznačnost požadavku nesmí jít k tíži dodavatele.

R0158/2024

- Hmotnostní spektrometr MALDI III
- Sporný požadavek: „Rychlost odečítání vzorků – minimálně 500 identifikací za hodinu“.
- Za odečítání vzorků lze považovat pouze samotnou identifikaci, a nikoliv přípravu vzorků či jiné procesy související s přípravou. Šlo o požadavek na výkon přístroje.
- Do počtu se započítává i identifikace kalibrantu – jde rovněž o vzorek.

R0068/2025

- Vybavení spánkového oddělení, klinického EEG oddělení a oddělení výzkumného HdEEG.
- Požadavek na „HW trigger input“ s hodnotou 8-bit TTL
- Navrhovatel nabídl 2x6-bit TTL vstup a zadavatel jej vyloučil.
- Navrhovatel tvrdil, že zadavatel si může zvolit v rozmezí 1-12 bit. 12-bit TTL je maximální. Jestliže chtěl zadavatel využít právě 8 bit TTL vstup, stačí tento parametr nastavit v řídícím SW.
- Zadavatel nepostavil najisto důvod vyloučení, protože nevěděl, jestli nejde o ekvivalentní řešení. Pouze obecně tvrdil nutnost dalšího HW a zpoždění dat.





- FN Motol-externí spisové služby.
- Nezákonný požadavek na předložení NBÚ certifikátu dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; osvědčení na stupeň “Důvěrné”.
- V případě zdravotnické dokumentace nejde o informace, jejichž vyzrazení nebo zneužití by mohlo způsobit prostou újmu zájmům České republiky - nespadá pod režim zákona o ochraně utajovaných informací.
- Požadavek neměl souvislost s předmětem veřejné zakázky, a proto šlo o bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže.


- Vybudování informační a komunikační platformy pro telemedicínu
Telemedicínského centra



- Vytvoření platformy ke
 - sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb,
 - zavádění nových procesů poskytování zdravotních služeb na dálku, vytvoření standardizovaných integračních a komunikačních rozhraní dle národních a mezinárodních standardů pro napojení systémů zadavatele, ostatních poskytovatelů zdravotních služeb,
 - napojení sítě jiných afinitních domén,
 - napojení na integrované datové rozhraní elektronického zdravotnictví,
 - napojení na další digitální služby eGovernmentu.

- Navrhovatel se věnoval především nedostatečnému vymezení zadávacích podmínek.
- Předseda Úřadu uvedl, že zadavatel jednoznačně vymezil minimální úroveň požadovaného plnění.
- Změna ve standardech, k níž by mohlo dojít v budoucnu, nezapříčiňuje současnou nejasnost zadávacích podmínek a nebrání dodavatelům podat nabídku.
- Zadavatel stanovil určitý technický standard a základní představu o architektuře projektu, v jehož rámci jsou dodavatelé oprávněni vytvořit co možná nejefektivnější řešení.

- Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu č. 11.
- Otázkou bylo, zda z nabídky vybraného dodavatele vyplývá použití prefabrikovaných železobetonových sloupů coby nosné konstrukce u referenční zakázky.
- Zadavatel to zjišťoval podle § 39 odst. 5 ZZVZ.
- Pokud je nabídka textově nejasná a je určitý rozpor mezi údaji v nabídce a údaji zjištěnými zadavatelem, resp. mezera týkající se právě údaje o použití a charakteru železobetonových sloupů v nosné konstrukci, neměl zadavatel postaveno najisto, zda předložená referenční zakázka splňuje zadávací podmínky.



Děkuji za pozornost.