


# VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

**Iveta Pospíšilíková**


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,  
ředitelka Odboru druhostupňového rozhodování



# Veřejné zakázky v oblasti zdravotnických prostředků

# R0105/2024

- Nákup hmotnostního spektrometru



- Požadavek na „integrované automatické čištění iontové optiky pomocí infrared laseru do max. 20 minut bez nutnosti servisního zásahu. Zadavatel umožňuje, v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ dodavateli nabídnout rovnocenné řešení“
- Navrhovatel překládal řešení, které dle něj není vůbec potřeba čistit (případně daleko za hranicí životnosti). To ale neprokázal. Úřad měl odborná vyjádření, která tvrdila opak

# R0112/2024

- Nákup hmotnostního spektrometru
- Požadavek na „integrované automatické čištění iontové optiky pomocí infrared laseru nebo jiná technologie do 20 min“
- Navrhovatel překládal řešení, které dle něj není vůbec potřeba čistit (případně daleko za hranicí životnosti)
- Zadavatel ale požadoval nějakou technologii čištění iontové optiky, to přístroj neobsahoval
- Znalecké posudky a odborná vyjádření jako klíč k unesení důkazního břemene
- Ani tak ale navrhovatel neprokázal, že skutečně není nutné čistit (stejně jako v R0105/2024)

# R0030/2024

- Navrhovatel byl vyloučen pro nesplnění požadavku, který nebyl v ZD stanoven
- Vyloučení pro nenabídnutí konkrétního typu lahvičky určeného jejím účelovým určením (selektivní kultivace kvasinek, plísní a vláknitých hub)
- Objektívni pohled na ZD nedává odpověď na otázku, jaký druh kultivačních lahviček a s jakým obsahem zadavatel požadoval
- Zadavatel směšoval požadavky na dodávku kultivačního systému (přístroj) a kultivačních lahviček (spotřební materiál)
- Pozor na nastavení zadávacích podmínek!



## R0051/2023; (R0166/2022); 62 Af 34/2023-95

- Předložení vzorku lůžka pro ověření splnění požadovaných vlastností
- Vzorek ale neměl být a nebyl součástí nabídky, nejde tedy o její doplnění; neznamená to, že dodavatel přestal nabízet plnění v souladu se ZD
- Zadavatel pouze ověřoval věrohodnost nabídky
- Úprava vzorku za účelem druhého předvedení není změnou nabídky, ale změnou vzorku
- Zadavatel sice špatně zachytil první předvedení, ale na základě něj neprovedl žádný zásadní úkon, to až po druhém předvedení, které bylo transparentní

# R0144/2023

- Poskytování služeb souvisejících s dodávkami spotřebního zdravotnického materiálu (SZM) přes konsignační sklad
- Dva právní tituly
  - Smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem (konsignační sklad)
  - Dohody dodavatele s jednotlivými dodavateli SZM
- Dle smlouvy dodavatel přebírá SZM od jednotlivých dodavatelů, kompletuje a dodává na pracoviště
- Dle dohod poskytuje dodavatelům SZM služby spočívající ve zřízení a správě konsignačních zásob
- Jedná se o související závazkové vztahy

## R0144/2023

- Objednávka SZM od jednotlivých dodavatelů vždy představovala objednávku služeb konsignačního skladu
- Jednotliví dodavatelé museli využít služeb daného konsignačního skladu
- Odměnu, kterou konsignačnímu skladu hradili jednotliví dodavatelé SZM, těmto dodavatelům hradil zadavatel v ceně jejich zboží
- Odráží se ve výpočtu předpokládané hodnoty, musí ji tvořit jak paušální odměna od zadavatele, tak provize od jednotlivých dodavatelů (procenta z obratu)
- Při takovém výpočtu měl zadávat v zadávacím řízení



# R0071/2024

- Nejistota získání požadované certifikace NIS
- Zadavatel nepožadoval, aby byl NIS registrován/notifikován jako zdravotnický prostředek již v době podání nabídky; to požadoval až později
- Správný postup pro otevření soutěže
- Ve prospěch VD svědčilo, že nabízel již existující systém

# R0039/2023

- Pořízení pipetovacího robota s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí
- Hodnoticí kritéria „Výše slevy z ceny spotřebního materiálu“ a Výše slevy z ceny náhradních dílů“
- Možný problém – nevypočítávají se ze stejné konstanty, ale z odlišných katalogových cen
- Nejde o překážku porovnatelnosti nabídek; ekonomickou výhodnost tvoří kombinace ceny, kvality a nákladů životního cyklu. I slevy z různých cen mají vypovídací hodnotu o ekonomické výhodnosti budoucího plnění
- Nejedná se o vybočení ze standardních mezí, není potřebné korigovat zadavatelovy úvahy



**Děkuji za pozornost.**