



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLOMOUC

Veřejné zakázky ve zdravotnictví 2022
Ing. Čeněk Merta, Ph.D, MBA, MPA
20.09.2022, Olomouc

KDE JE VHODNÉ PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI POUŽÍT?

- při pořízení tzv. „velké zdravotnické techniky“ (CT, MR, PET-CT, angiografie...)
- při pořízení zdravotnické techniky s významnými stavebními úpravami
- při pořízení technologií, které jsou naprostými novinkami na trhu
- systémové nákupy v oblasti IT (integrační platformy, NIS, atd.)
- všeobecně tam, kde zadavatel s budoucím pořízením nemá zkušenosti, neumí ani budoucí nákup naspecifikovat

ZMĚNA DODAVATELE V PRŮBĚHU PLNĚNÍ SMLOUVY

- výrobce pověřil distributora A k plnění smlouvy
- v průběhu plnění smlouvy výrobce distributorovi A odebral distribuční licenci a pověřil plněním distributora B
- zadavatel neměl ve smlouvě uvedenou vyhrazenou změnu závazku pro tento případ
- distributor A vypovídá smlouvu

ZMĚNA DODAVATELE V PRŮBĚHU PLNĚNÍ SMLOUVY

- výrobce pověřil distributora A k plnění smlouvy
- v průběhu plnění smlouvy výrobce distributorovi A odebral distribuční licenci a rozhodl se plnit sám
- zadavatel neměl ve smlouvě uvedenou vyhrazenou změnu závazku pro tento případ
- distributor vypovídá smlouvu

ZMĚNA DODAVATELE V PRŮBĚHU PLNĚNÍ SMLOUVY

- smlouvu z veřejné zakázky uzavřel dodavatel A
- v průběhu plnění smlouvy smlouvu vypověděl
- zadavatel neměl ve smlouvě uvedenou vyhrazenou změnu závazku pro tento případ
- nové zadávací řízení
- průběžné nákupy, léčiva

VZORKOVÁNÍ

- u speciálního zdravotnického materiálů není objektivně možné zajistit anonymizaci vzorků pro hodnocení kvality
- výrobky jsou z výroby označeny názvem výrobce a v souladu se zákonem je nutné provedení proškolení dodavatelem
- rouškovací sety, chirurgické nástroje

DODAVATEL NEPLNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- dodavatelé podávají nabídky, i když ví, že neplní podmínky stanovené v zadávací dokumentaci
- následně podají námitky proti rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení
- prodlužování procesu, zbytečná administrativa
- spotřební materiál enterální výživa (dodavatel uvedl že neplní parametr a po vyloučení podal námitky proti rozhodnutí o vyloučení – situaci bylo možné vyřešit do dotazu dodavatele vysvětlením ZD)

ŽÁDOST DODAVATELE O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TĚSNĚ PŘED KONCEM ZÁKONNÉ LHŮTY

- přistoupí – li zadavatel na „požadavek“ dodavatele a změní zadávací dokumentaci, je nutné prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to i o celou její původní délku
- prodlužování procesu, zbytečná administrativa
- léčiva, spotřební zdravotnický materiál – i 4x prodloužená lhůta před podáním nabídek, prodloužení VZ i o 3 měsíce

DOLOŽENÍ DOKLADŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ V ORIGINÁLE NEBO V ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KONVERZI

- dodavatelé dodávají zadavateli doklady s neplatným elektronickým podpisem (obecně zakázky na zdravotnické přístroje, spotřební zdravotnický materiál – dodání dokladů k servisní činnosti vystavené od SÚKL s neplatným el. podpisem)
- dodavatelé dodávají zadavateli doklady v prosté kopii
- dodavatelé dodávají zadavateli doklady ne na první výzvu (všechny soutěžené oblasti)
- někteří dodavatelé stále ještě dodají doklady v listinné podobě

DODÁNÍ SMLUV K PODPISU

- zadavatel vyzývá dodavatele opakovaně často na 2. i 3. výzvu
- chybné přílohy ve smlouvách k podpisu - zdravotnický materiál – přílohy z jiných (předchozích - zrušených) zadávacích řízení
- dlouhé „schvalovací kolečko“ na straně dodavatelů – souvisí s také s opakovanou výzvou k předložení smlouvy – měsíc až 1,5 měsíce
- záměrné „zdržování“ dodavatelů v návaznosti na termín dodání
- obecně zakázky na zdravotnické přístroje - doba čekání na zaslání smlouvy od dodavatelů běžně kolem 14 dní, ale i více dní, např. operační svítidla, plicní ventilátory

NEOCHOTA DODAVATELŮ PODEPSAT SMLOUVU

- před podpisem smlouvy dodavatel odstupuje od své nabídky
- důvody různé: termín dodání, nedostupnost zboží, změna cenové politiky od podání nabídky do podpisu smlouvy
- prodlužování procesu, další administrativa, nové hodnocení zakázky či nové zadávací řízení
- léčiva – nedostupnost zboží, chybě podaná nabídka, firmy dodávající nábytek

NEZNALOST LEGISLATIVY DODAVATELŮ U IVD ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

- dodavatelům chybí registrace u SÚKLu pro IVD zdravotnické prostředky
- dodavatelé nereagují na změny v zákoně včas, prodloužení zakázky – pořízení přístrojů/servis – i o 2 měsíce
- dodavatelé neprodlužují včas platnost příslušných oprávnění (dodávky, servis přístrojů)

NEKVALITNĚ PODANÉ NABÍDKY

- zadavatel žádá dodavatele o objasnění nabídky
- administrativně náročný proces
- prodlužování zadávacího řízení
- většina nabídek na zdravotnické přístroje, objasňování trvajících i přes měsíc, často nemožnost vyloučit – nedostupnost zboží na trhu, jediná nabídka ve VZ např.: EMG/EP přístroje, operační svítidla, bodypletysmografy, monitory vitálních funkcí, odvod operačních zplodin, plicní ventilátory a další)



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Čeněk Merta, PhD., MBA, MPA,